


PARTENAIR propose un service de calibrage pour tous les capteurs y compris ceux de marques tierces. Le calibrage du point de rosée sous pression et celui du débit sont réalisés dans les laboratoires de calibrage et de test PARTENAIR. Pour les autres unités physiques, nous avons des accords de partenariat commerciaux en France. Tous les tests sont effectués selon les standards nationaux avec traçabilité. Les équipements de contrôle sont recalibrés régulièrement.

Service de calibrage du point de rosée sous pression

- Précision : 0,1 °Ctd
- Plage de calibrage : -75 °C ... +15 °C
- Référence : Taux de point de rosée sous pression MBW 373



Description		Unit	Measured value	Uncertainty	Actual value	Direction	Evaluation
Point de rosée	°C	0,1	0,1	0,1	0,1	OK	OK
Point de rosée	°C	0,1	0,1	0,1	0,1	OK	OK
Point de rosée	°C	0,1	0,1	0,1	0,1	OK	OK
Pression	bar	0,2	0,2	0,2	0,2	OK	OK

Service de calibrage du débit

- Précision : 0,5 % de la valeur mesurée
- Pression : 0 ... 0,6 MPa
- Fluide : air comprimé
- Plage de calibrage : 0 ... 4 000 sm³/h
- Diamètre du tube : DN25 ... DN100
- Référence : capteurs de débit de turbines



Description		Unit	Measured value	Uncertainty	Actual value	Direction	Evaluation
Débit	m ³ /h	0,5 %	100	0,5	100	OK	OK
Pression	MPa	0,2	0,2	0,2	0,2	OK	OK

Service

Nous proposons les tests suivants :

- Mesure du point de rosée sous pression
- Mesure de la consommation/du débit
- Mesure de pression
- Mesure de température
- Détection de fuites
- Saisie des données sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines

N° de cde	Description
MET0110	Étalonnage de capteur de consommation avec certificat
MET0130	Option déshuilage / dégraissage de capteur
MET0140	Étalonnage de capteur au gaz réel pour précision accrue
MET0150	Calibrage de capteur de pression 1,6 MPa, 3 points
MET00160	Révision générale et recalibrage COVAMAT 880
MET0180	Étalonnage du compteur de particules PARCOUNT 870.120
MET0190	Étalonnage du compteur de particules PARCOUNT 870.130
MET0200	Étalonnage du compteur de particules PARCOUNT 870.140
MET0210	Étalonnage du compteur de particules PARCOUNT 870.150
MET0220	Étalonnage du compteur de particules PARCOUNT 870.160
MET0170	Étalonnage du compteur de particules PARCOUNT 869
MET0100	Recalibrage du capteur de point de rosée avec certificat